

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11 жовтня 2016 року за № 710 (з змінами) «Про ефективне використання державних коштів»

Закупівлі товару за предметом- код за ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Лазерна літотрипсійна система (Гольмієвий лазер), НК 024:2019- 36037 Лазерна літотрипсійна система; код за ДК 021:2015 – 33153000-7 Літотриптори), шляхом застосування процедури закупівлі- відкриті торги, за номером оголошення UA-2022-09-20-006604-а:

Керуючись вимогами статті 11 та 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), наказом «Про призначення Уповноважених осіб на проведення закупівель товарів, робіт і послуг КНП «Мукачівська ЦРЛ» від 03.05.2022 року № 74 , Положенням про уповноважену особу, що затверджене наказом директора КНП «Мукачівська ЦРЛ» №169-0 від 26.11.2021 року, необхідно забезпечити організацію та проведення процедури закупівлі медичного обладнання , а саме: код за ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Лазерна літотрипсійна система (Гольмієвий лазер), НК 024:2019- 36037 Лазерна літотрипсійна система; код за ДК 021:2015 – 33153000-7 Літотриптори), передбачених в протоколі фарм. комітету за №23 від 02.09.2022 року, на виконання рішення виконавчого комітету № 372/3-22 від 06.09.2022 року «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19-ї позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 17.12.2021 року № 681 відповідно до Додатку 2 по заходу 1 (копія вказаного рішення додається) , для забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам КНП «Мукачівська ЦРЛ», згідно з вимогами закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VII (далі – Закон) з змінами, який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад на 2022 рік. Необхідність в оголошенні процедури закупівлі виникла відповідно до Протоколу рішення фарм. комітету за № 23 від 02.09.2022 року, яка керуючись Єдиним закупівельним словником, розглянувши та вивчивши пропозиції завідувачів відділень, керівників служб, врахувавши необхідність максимального задоволення потреби дотримуючись галузевих стандартів охорони здоров'я, протоколів надання медичної допомоги та нормативних наказів , першочерговість в забезпеченні потреби та лікувального процесу, визначила потребу в закупівлі на поточний період 2022 року. Відповідно до зміни до річного плану закупівель на 2022 рік КНП «Мукачівська ЦРЛ» необхідно проведення процедури закупівлі за предметом - код за ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Лазерна літотрипсійна система (Гольмієвий лазер), НК 024:2019- 36037 Лазерна літотрипсійна система; код за ДК 021:2015 – 33153000-7 Літотриптори), шляхом застосування процедури- відкриті торги, орієнтовний термін проведення процедури закупівлі- вересень 2022 року, джерело фінансування закупівлі- Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)- кошти підприємства, отримані за результатами укладених договорів з НСЗУ, термін поставки товару- 20.10.2022р. по 15.12.2022 року. Місце поставки: Закарпатська область, м. Мукачево, Вул. Пирогова Миколи, 8-13, 2 поверх. Кількість: 1 найменування, 1 шт; очікувана вартість процедури закупівлі- 1900000,00 (один мільйон дев'ятсот тисяч грн.00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі, проведено враховуючи наказ за № 275 від 18 лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з змінами внесеними наказом № 649 від 07.04.2020 року «Про внесення змін до

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», аналізу ринку на підставі отриманих комерційних пропозицій у кількості 5 позицій (додаються на 10 арк.), вартості вказаних позицій за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю) оприлюднених в електронній системі закупівель станом на 20.09.2022 року, на відкритих інформаційних ресурсах <https://prom.ua/ua/>

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

*Кількісні та медико-технічні вимоги**

Технічні характеристики:

1. Вихідна потужність - 30 Вт
2. Імпульсна енергія 0,2 - 4 Дж
3. Частота 3-25 Гц
4. Довжина хвилі 2100 Нм
5. Імпульсний інтервал 95-1500 мс
6. Направляючий промінь 532 нм (зелений)
7. Система охолодження Система водяного охолодження
8. Джерело живлення 230 Вт, 50-60 Гц
9. Розміри 26*84*92 см
10. Вага 86 кг
11. Комплектація: ножна педаль, окуляри захисні - 2 шт., стриппер для зняття полімерної плівки з оптоволокна - 1 шт., ніж для сколювання волокна - 1 шт., оптоволокно 550 мкм - 1 шт., оптоволокно 365 мкм - 2 шт., оптоволокно 272 мкм - 2 шт.

Кількість - 1 одиниця

**Посилання в тендерній документації на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».*

Загальні вимоги

1. Все обладнання, що пропонується, повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним вимогам до предмету закупівлі, бути новим, таким, що не було у використанні.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати декларацію відповідності технічному регламенту медичних виробів та гарантійний лист про надання оригіналів або завірених копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, або інструкції користувача, або технічного опису чи відповідну сторінку в цих матеріалах із додаванням завіреної Учасником копії або скану з оригіналу технічного документу виробника. Відповідність технічних характеристик оформлюється у вигляді таблиці та з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку в матеріалах виробника.
4. Поставка товару до робочого місця (місця встановлення та/або інсталяції), проведення монтажних, пусконаладжувальних робіт повинно проводитися за рахунок учасника-переможця та здійснюватися сертифікованим спеціалістом
5. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню

запропонованим обладнанням. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

6.Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером (надати належно посвідчені копії сертифікатів інженерів).

7.Гарантійний термін (строк) обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію в залежності від зазначено в позиціях вище.

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого до тендерних торгів товару, зазначеному у цій документації.

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

-Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Документації.

-Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(у) технічного документу виробника, в якому міститься ця інформація разом з додаванням заверених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик надається Учасником у формі заповненої таблиці.

-В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також документально підтвердити (надати копію сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність, де зазначені точні параметри предмету закупівлі), що запропонований еквівалент продукції дозволений до застосування в медичній практиці на території України, відповідає технічним регламентам, дія яких поширюється на відповідні види (типи) продукції згідно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", відповідає вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України

8.Місце поставки: вул.Пирогова 8-13, м.Мукачево, Закарпатська область, хірургічний корпус, 2 поверх.

9. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

10.Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

11.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Уповноважена особа



/Басараб О.Г./