

**Найменування замовника:**

**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Святого Мартина»**

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831**

**Місцезнаходження замовника:**

**вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600**

**Категорія замовника:**

**Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Закупівля товару за предметом: Матрац для профілактики пролежнів ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні J003 протипролежневий секційний матрац з компресором Folee НК 024:2019: 47476 — надувний протипролежневий матрац, шляхом застосування процедури закупівлі - відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року) Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), наказом «Про призначення Уповноважених осіб на проведення закупівель товарів, робіт і послуг КНП «Лікарня Св.Мартина», Положенням про уповноважену особу, необхідно забезпечити організацію та проведення процедури закупівлі Закупівля товару за предметом: Матрац для профілактики пролежнів ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні J003 протипролежневий секційний матрац з компресором Folee НК 024:2019: 47476 — надувний протипролежневий матрац, для забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам КНП «Лікарня Св.Мартина», згідно з вимогами закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VII (далі – Закон) зі змінами, який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад на 2023 рік. Необхідність проведення процедури закупівлі підтверджується протоколом Комісії з формувань потреб, для гарантованого забезпечення надання спеціалізованої та екстренної медичної допомоги відповідно до потреб пацієнтів КНП «Лікарня Св.Мартина».

Орієнтовний термін проведення процедури закупівлі - лютий 2023 року.

Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з врахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18 лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

Очікувана вартість процедури закупівлі – 174 545,00 грн. Джерело фінансування закупівлі – Місцевий бюджет

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  
Матрац для профілактики пролежнів

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  
J003 протипролежневий секційний матрац з компресором Folee  
НК 024:2019: 47476 — надувний протипролежневий матрац  
35 штук

№	Вимога	Параметр	Відповідність і посилання на сторінки тех. документа.
<b>Інформація про виробника та гарантії:</b>			
1.	Країна виробник	вказати	
2.	Фірма виробник	вказати	
3.	Модель	вказати	
4.	Гарантійне обслуговування	не менше: 12 м.	
<b>Технічні вимоги:</b>			
	Тип секційний	наявність	
	Два набори повітряних контурів	наявність	
	Поверхня з мікропорами	наявність	
	Клапанний механізм керування	наявність	
	Матрац має бути з нетоксичного ПВХ	наявність	
	Шум	не більше: 40 Дб.	
	Безпечна конструкція	наявність	
	Компресор с кріпленням	наявність	
	Максимальний тиск	не менше: 13 кПа	
	Тиск матрацу при максимальному навантаженні	не гірше: 4,5 кПа	
	Температура навколишнього середовища	не гірше: 3-45 <sup>0</sup> С	
	Джерело живлення:	має бути: 220 В, 50 Гц	
	Потужність	не більше: 8 Ва.	
	Ударостійкий тип компресора	наявність	

	Час надування \ здування	не гірше: 3 хв.	
	Товщина полотна	не гірше: 0,35мм	
	Матрац полотна	наявність	
	Компресор у комплекті	наявність	
	Пластир у комплекті	наявність	

Уповноважена особа

/Меліка Н.Ю./