

**Найменування замовника:****Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі****Закупівля за предметом:** Медичні матеріали код ДК 021:2015– 33140000-3 Вакуумна система допомоги породіллі Kiwi OmniCup НК 024:2023 37792**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-03-21-011141-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 209000,00 грн. з ПДВ.****Джерело фінансування закупівлі - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).****Обсяги, технічні та якісні характеристики:** визначено відповідно до очікуваної потреби та фінансування

Назва виробу	Найменування товару	НК 024:2023	Од. виміру	К-сть
Вакуумна система допомоги породіллі Kiwi OmniCup	інтегральна конструкція системи PalmPump повинна містити: - Ручний вакуумний насос, - Клапан скидання розрідження, що відкривається великим або іншими пальцями - Точний індикатор розрідження. Система повинна бути упакована індивідуально, і бути стерильною. Системи повинна бути готовою до використання в будь-який момент: не вимагають будь-якої підготовки і електрики. Прилад для вакуумного екстракції (аспірації) повинен бути єдиним цілим блоком, призначеним для повного контролю пологів без асистента. Наявність ручного насоса	37792	шт	50

Назва виробу	Найменування товару	НК 024:2023	Од. виміру	К-сть
	Клапан для скидання вакууму повинен включатися великим або вказівним пальцем; Комплектація обладнання: - чашка OmniCup			

**Якість товару:** Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці). Декларація від виробника, сертифікат якості, паспорт, свідоцтва про державну реєстрацію медичних виробів/документи, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичних виробів тощо, учасник надає у складі тендерної пропозиції у форматі PDF.

**Гарантійний термін на поставлений товар:** Термін придатності товару на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 80% від терміну придатності визначеного виробником або не менше 1 (одного) року з дати поставки товару на склад Замовника.

**Місце та умови поставки:** вул.Новака Андрія 8-13, м.Мукачево, Закарпатська область, урологічний корпус, 2 поверх.

**Умови поставки:**

Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.