

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі****Закупівля за предметом:** код ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали код ДК 021:2015 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-03-25-006797-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

Очікувана вартість процедури закупівлі – 638800,00 грн. з ПДВ.**Джерело фінансування закупівлі - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).****Обсяги, технічні та якісні характеристики:** визначено відповідно до очікуваної потреби та фінансування

№ п/п	Назва	Код НК 024:2023	од виміру	Кількість
1	Смужки індикаторні Ацетон-тест № 50 Норма	33819	уп	40
2	Смужки індикаторні Глюкотест №100 Норма	33819	уп	120
3	Діагностичні тест смужки для аналізу сечі CITOLAB tm 11M № 100	54514	уп.	120
4	Тест для виявлення прихованої крові у калі FOB №1	54532	шт	12
5	Тест для виявлення токсину А та В Clostridium difficile	51707	шт	50
6	Тест для виявлення кальпротектину	60775	шт	6

7	Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2, гепатит С, гепатит В, сифілісу	62052	уп	200
8	1261 Біологічний індикатор для контролю процесу стерилізації 3М Attest (ПАР), 132°C гравітаційний, 24 години	13732	Фл	6
9	Індикатор внутрішній 132 / 20 контролю парової стерилізації № 1000 в упаковці	35362	Уп	12
10	Індикатор зовнішній 132 / 20 контролю парової стерилізації № 1000 в упаковці	35362	Уп	12
11	Індикатори контролю повітряної стерилізації 180/60 № 1000 в упаковці	35362	Уп	20
12	Індикатори 160/150 внутрішні для повітряної стерилізації № 1000 в упаковці	35362	Уп	1
13	Хімічний індикатор внутрішній 120/45 контролю парової стерилізації № 1000 в упаковці	35362	Уп	1
14	<p>Набір для стерилізації етиленоксидом стерилізатора «Axis»:</p> <p>До складу набору входять:</p> <p>1шт – картридж етиленоксиду</p> <p>1шт – чіп вологості</p> <p>1шт – пакет для стерилізації з затискачем</p> <p>1шт – інтегратор</p> <p>Вимоги до картриджу етиленоксиду: вага нетто вмісту активного інгредієнту – 11 г;</p> <p>вміст-етиленоксид 100%; дифузійна камера має забезпечувати додатковий захист оператора в разі випадкової активації, повинен містити міцну конструкцію та поліуретановий корпус; безпека оператора має забезпечуватися подвійним захистом спскового гачка пластиковим замком і запобіжною пломбою. Має складатися з пластини, яка містить воду, гідрофобний і водонепроникний матеріал, який запобігає безпосередньому контакту вологої внутрішньої пластини з предметами, які підлягають стерилізації під час процесу газової стерилізації. Алюмінієва упаковка чіпу має запобігти висиханню стружкам вологи.</p> <p>Вимоги до пакетів:</p>	13735	набір	450

	Розмір пакетів має бути 22”x36” (60*90см), матеріал пластик. Вимоги до інтегратору дозиметрів: Інтегратори дозиметрів працюють разом з часом, температурою та концентрацією етиленоксиду, а також мають перевіряти наявність адекватних рівнів водяної пари (відносної вологості), що є останнім параметром стерилізації ЕТО. Колір має змінюватись з жовтого на синій та повинен поширюватися принаймі на покажчик, таким чином вказуючи на те, що було отримано дозу 750мг/літр-год.			
15	Бумага для запаковування та стерилізації розмір 75мм-200м	44427	рулон	7
16	Бумага для запаковування та стерилізації розмір 150мм-200м	44427	рулон	8
17	Бумага для запаковування та стерилізації розмір 350мм-200м	44427	рулон	2
18	Бумага для запаковування та стерилізації розмір 400мм-200м	44427	рулон	8
19	Делатест спрей 120 мл	47631	фл	20

Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні

Якість товару: Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством, учасник надає у складі тендерної пропозиції у форматі PDF (завірені належним чином копії надаються на кожен окрему партію товару при доставці).

Форма випуску, найменування та упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації (медичні вироби, наведені в таблиці, можуть бути замінені на аналогічні медичні вироби («еквівалент»), які в повній мірі відповідають медико-технічним вимогам, у такому разі учасник повинен надати окрему довідку з порівняльною таблицею в якій зазначені характеристики встановлені до товару тендерною документацією та характеристики запропонованого товару. У разі відсутності таких підтверджуючих документів запропонований «як еквівалент», товар оцінюватись не буде).

Відповідність заданим медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена офіційними даними виробника

Гарантійний термін на поставлений товар: Термін придатності товару на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 70% від терміну придатності визначеного виробником або не менше 1 (одного) року з дати поставки товару на склад Замовника.

Місце та умови поставки: вул.Новака Андрія 8-13,м.Мукачево,Закарпатська область, урологічний корпус, 2 поверх.

Умови поставки:

Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.