

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Закупівля за предметом: Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 024:2023 35121, Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 024:2023 35121 - 1 штука

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-04-10-009949-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

Очікувана вартість процедури закупівлі – 512750,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Обсяги, технічні та якісні характеристики: визначено відповідно до очікуваної потреби та фінансування

Медико-технічні вимоги до
транспортного інкубатора для новонароджених з візком

№ п/п	Вимоги Замовника
1.	Транспортний інкубатор закритого типу для новонароджених та передчасно народжених немовлят (далі – інкубатор), призначений для транспортування немовлят з низькою масою тіла при народженні, а також тяжко хворих новонароджених, в тому числі тих, що потребують респіраторної підтримки
2.	Інкубатор повинен мати в комплекті: прозорий ковпак з подвійними стінками та з портами доступу до дитини з дверцятами та замкачами; фіксатори панелі доступу;

	<p>фіксуючі пов'язки/ремінці;</p> <p>електронний блок з сервоконтролером по температурі повітря в інкубаторі;</p> <p>ложе дитини, що складається з платформи ,матрацу та пристрою обігріву;</p> <p>багаторазовий датчик температурний нашкірний для новонароджених;</p> <p>спеціальний багаторазовий датчик температурний нашкірний для глибоконедоношених новонароджених;</p> <p>датчик температури повітря у інкубаторі;</p> <p>візок для транспортування, з регулюванням висоти та колесами зі стопорним механізмом;</p> <p>освітлювальна лампа;</p> <p>акумуляторний блок живлення з дисплеєм;</p> <p>порти для інфузійних систем</p>
3.	<p>Інкубатор повинен подавати сигнали тривоги (звуковий та світловий) при:</p> <p>підвищенні температури;</p> <p>несправність вентилятора;</p> <p>низький заряд батареї;</p> <p>різниця від заданої величини температури повітря в інкубаторі;</p> <p>відключення сигналізації;</p> <p>збій системи</p> <p>при несправності, пошкодженні датчика температури тіла дитини</p>
4.	<p>Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру повітря в інкубаторі, в діапазоні не менше ніж від 20.0-42.0°C з кроком 0.1°C та налаштувати її у діапазоні не менше ніж від 23.0-38.0°C з кроком 0.1°C.</p>
5.	<p>Час прогріву інкубатора до заданої температури повинен становити не більше 40 хвилин</p>
6.	<p>Час стабілізації концентрації кисню в інкубаторі повинен становити не більше ніж 30 хв. та можливість регулювання концентрації від 21% і вище</p>
7.	<p>Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру шкіри в діапазоні не менше ніж від 30.0-42.0°C з наростанням 0.1°C</p>
8.	<p>Інкубатор повинен мати потужність нагрівача приладу не менш ніж 10 рівнів</p>
9.	<p>Інкубатор повинен мати можливість відкриття/закриття портів доступу та ковпака за допомогою легкого механізму</p>
10.	<p>Інкубатор повинен мати можливість розміщення та кріплення додаткових приладів і пристосувань</p>
11.	<p>Інкубатор повинен мати спеціальні можливості для перевірки візуальних та звукових сигналів тривоги, рівень заряду батареї та блоку живлення</p>
12.	<p>Інкубатор повинен мати можливість повного розбору частин для повної очистки та дезінфекції</p>
13.	<p>Інкубатор повинен мати можливість працювати від джерела живлення змінного струму</p>

220ВА 50/60 Гц та безперервно від джерела постійного струму 12В,10А не менше ніж 3 години

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.

Загальні вимоги:

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі). Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції у вигляді PDF:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 24 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

Строк поставки товару по 15.05.2024 року

6. Проведення доставки та введення в експлуатацію обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника), та внести зміни в Додаток 4 (Проект договору)