

**Найменування замовника:**

**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»**

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831**

**Місцезнаходження замовника:**

**вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600**

**Категорія замовника:**

**Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Закупівля за предметом:** Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації Монітор пацієнта код ДК 021:2015 33172000-6 НК 024:2023 33586

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-04-16-004484-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 76000,00 грн. з ПДВ.**

**Джерело фінансування закупівлі - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).**

**Обсяги, технічні та якісні характеристики:** визначено відповідно до очікуваної потреби та фінансування

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

***Технічні характеристики монітора пацієнту:***

Назва продукту: Монітор пацієнта

Параметри: ЕКГ, Температура, SPO2, NIBP, Частота пульсу, Дихання

Підходить для Новонароджений, Немовля, Педіатричний, Дорослий Відображення

Тип: 10,4"кольоровий світлодіод, або сенсорний екран

Роздільна здатність: 800 x 600 пікселів

Форми хвиль: до 7

Зовнішній дисплей: 1 дисплей через VGA Вимір 315 x 155 x 220 мм

Тип акумулятора LI-Ion

Ємність акумулятора Стандарт 2500 мАг (5000 мАг необов'язково)

Час роботи акумулятора 4 години і 8 годин (5000 мАг)

Зберігання даних Дані: 1200hrs (інтервал 10 хв), 120 годин (інтервал 1 хв), 4 години (інтервал 5 сек)

Події тривоги: 1800 подій та пов'язаних з ними форм хвиль Агг.

Події: 128 Агг.

Події та пов'язані з ними форми хвиль NIBP: 1600 вимірювань

Форми хвиль: Макс. Колір Чорний Вага (кг) < 3,5 кг

***Простий у використанні:***

Як зручний монітор пацієнта, монітор допомагає спростити робочий процес та підвищити ефективність. Монітор пацієнтів забезпечує дуже інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, щоб допомогти швидше і простіше додатків, навіть для нових користувачів. Вихователям потрібно менше часу на тренування і отримати більше часу для догляду за пацієнтами.

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.*

#### **Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі). *Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції у вигляді PDF:*

*а) завірених копій декларації або копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 24 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.*

3. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

5. *Строк поставки товару по 16.05.2024 року*

6. Проведення доставки та введення в експлуатацію обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника).