

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Система очищення води (42912300-5) (ДК 021:2015:42910000-8:Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-05-22-013978-а.

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача клініко-діагностичною лабораторією підприємства для забезпечення надання якісних послуг та безперебійної роботи КДЛ. Загальний обсяг надання товарів – 1 комплект.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 219625,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації. Учасник повинен надати опис технічних, якісних та кількісних характеристики предмета закупівлі, у вигляді **порівняльної таблиці**, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних, якісних та кількісних характеристик обладнання, що вимагається Замовником відповідно до Таблиці 1 цього додатку, до основних технічних, якісних та кількісних характеристик обладнання, що пропонується учасником, з посиланням на інструкцію, експлуатаційно-технічну документацію, технічний паспорт тощо з підтвердженням показника/-ів, з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку технічної документації, а також вказати назву запропонованого обладнання, відомості щодо виробника, країну виробництва.

1.2. Учасник в складі пропозиції повинен надати Технічний документ виробника (експлуатаційна документація: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою). У разі, якщо документ або інформація складені іншою мовою, у складі тендерної пропозиції надається документ, в якому міститься ця інформація, мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою, з наданням копії документів.

1.3. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року (надати гарантійний лист від Учасника).

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.5. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

1.6. Наявність адреси і контактних телефонів сервісного центру та фахівців, що пройшли відповідне навчання (довідка в довільній формі з відповідною інформацією).

1.7. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, введення в експлуатацію та інструктажу персоналу по роботі з обладнанням, гарантійне обслуговування обладнання. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.8. Учасник забезпечує навчання персоналу Замовника щодо порядку роботи та правил експлуатації предмету закупівлі. Навчання проводиться за місцем експлуатації предмету закупівлі уповноваженим представником Учасника після введення предмету закупівлі в експлуатацію у терміни узгоджені з Замовником (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.9. Учасник при здійсненні монтажу (інсталяції) повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці, техніки безпеки та протипожежних заходів (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.10. Надати копії інструкцій з експлуатації, технічних описів тощо (на українській мові), що підтверджують відповідність наданої пропозиції за медико-технічними характеристиками, з обов'язковим посиланням на конкретну сторінку документу.

1.11. Запропоновані товари обов'язково повинні відповідати усім наведеним вимогам та технічним характеристикам.

1.12. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

2.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

№ п/п	Назва товару	Технічний опис:
1.	Система очищення води в кількості 1 комплект	Основні характеристики: 1) Тип води: Вода класу 2. 2) Продуктивність: 20 л/год (чиста вода для накопичувального бака). 3) Якість води: • Опір: >10 МОм*см при 25°C. • Провідність: <0,1 мкСм/см при 25°C. • Частки >0,22 мкм: <1 на мл. 4) Дисплей: Монохромний LCD. 5) Технології очищення: Зворотний осмос, деонізація (DI). 6) Застосування: • Полум'яна спектрофотометрія. • Неорганічні аналітичні методи. • Електрохімія. • Підготовка буферів. Складові системи: 1) Попередній фільтр-захищає систему від механічних забруднень. 2) Модуль зворотного осмосу (RO) – забезпечує видалення основних забруднень. 3) Модуль деонізації (DI) – гарантує високу якість очищеної води. 4) Датчик якості води – моніторинг чистоти води. 5) Накопичувальний бак (60 літрів) та кабель для накопичувального баку – для зберігання чистої води. Вимоги до вхідної води: • Тиск: 0,4-4 бар. • Провідність: <1500 мкСм/см.