

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Ендоскопічний морцелятор (33168000-5) ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-06-19-013341-а

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача гінекологічного відділення перинатального центру у зв'язку із відсутністю даного товару. Загальний обсяг надання товарів – 1 комплект.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 170000,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації. Учасник повинен надати опис технічних, якісних та кількісних характеристики предмета закупівлі, у вигляді **порівняльної таблиці**, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних, якісних та кількісних характеристик обладнання, що вимагається Замовником відповідно до Таблиці 1 цього додатку, до основних технічних, якісних та кількісних характеристик обладнання, що пропонується учасником, з посиланням на інструкцію, експлуатаційно-технічну документацію, технічний паспорт тощо з підтвердженням показника/-ів, з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку технічної документації, а також вказати назву запропонованого обладнання, відомості щодо виробника, країну виробництва.

1.2. Учасник в складі пропозиції повинен надати Технічний документ виробника (експлуатаційна документація: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою). У разі, якщо документ або інформація складені іншою мовою, у складі тендерної пропозиції надається документ, в якому міститься ця інформація, мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою, з наданням копії документів.

1.3. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року (надати гарантійний лист від Учасника).

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.5. Гарантійний термін – 12 місяців з дати вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

1.6. Наявність адреси і контактних телефонів сервісного центру та фахівців, що пройшли відповідне навчання (довідка в довільній формі з відповідною інформацією).

1.7. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, введення в експлуатацію та інструктажу персоналу по роботі з обладнанням, гарантійне обслуговування обладнання. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.8. Учасник забезпечує навчання персоналу Замовника щодо порядку роботи та правил експлуатації предмету закупівлі. Навчання проводиться за місцем експлуатації предмету закупівлі уповноваженим представником Учасника після введення предмету закупівлі в експлуатацію у терміни узгоджені з Замовником (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.9. Запропоновані товари обов'язково повинні відповідати усім наведеним вимогам та технічним характеристикам.

1.10. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

2.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Назва виробу	Технічні характеристики
Ендоскопічний морцелятор В кількості 1 комплект	Ендоскопічний морцелятор SHREK SY-KLK-DZ-1 Застосовуваний в ендоскопічній хірургії та гінекології для видалення з черевної порожнини великих сполучнотканинних органів і висічення внутрішнього шару міометрія. У конструкцію приладу входить робоча частина, обладнана електродвигуном, що обертаються ножі-тубуси різного діаметру і призначення, затиск для надійного захоплення тканини і блок управління, що підтримує необхідну швидкість обертання ножів протягом всієї операції. У блоці управління передбачена функція плавного регулювання обертів, яка дозволяє оптимізувати хірургічні маніпуляції, робить їх максимально точними і безпечними для пацієнтки. Швидкість обертання: 220 об/хв Набір з 23 інструментів, наступного найменування: - Щипці для захоплення, зубчасті (10*420 мм) - Щипці для захоплення, зубчасті (5*420 мм) - Матковий вимірювальний зонд(5*520мм) - Пальцевий зонд (5*420 мм) - Штопор гінекологічний (для міом) (10*420 мм) - Штопор гінекологічний (для міом) (5*420) - Розширювач (10-15 мм) - Розширювач (10-18 мм) - Перехідник (18/10 мм) - Перехідник (15/10 мм) - Канюля троакару (15*95 мм) - Канюля троакару (18*95мм) - Штовхач лігатур (5*330 мм)

	- Зонд-провідник(10*330 мм) - Щипці для захоплення шийки матки (наявність) - Щипці кульові (наявність) - Ніж для трансабдомінального доступу (15*320 мм) - Ніж для трансабдомінального доступу (18*320 мм) - Ніж для трансвагінального доступу (15*320 мм) - Ніж для трансвагінального доступу (18*320 мм) - Обтуратор ножа для трансвагінального доступу (14*335 мм) - Обтуратор ножа для трансвагінального доступу (17*335 мм) - Матковий маніпулятор (наявність)
--	--