

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Фетальний монітор (33195000-3) ДК 021:2015 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-07-10-001273-а

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології Перинатального центру Бухало Н.І. у зв'язку із відсутністю даного товару. Загальний обсяг надання товарів – 1 комплект.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 1109861,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. *Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладених у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці 1 наведеної вище.*

1.2. Учасник в складі пропозиції повинен надати Технічний документ виробника (експлуатаційна документація: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою). У разі, якщо документ або інформація складені іншою мовою, у складі тендерної пропозиції надається документ, в якому міститься ця інформація, мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою, з наданням копії документів.

1.3. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року (надати гарантійний лист від Учасника).

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.5. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

1.6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

1.7. Надати адреси і контактні телефони сервісного центру та інформацію про фахівців, що пройшли відповідне навчання (довідка в довільній формі з відповідною інформацією).

1.8. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, введення в експлуатацію та інструктажу персоналу по роботі з обладнанням, гарантійне обслуговування обладнання. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.9. Учасник забезпечує навчання персоналу Замовника щодо порядку роботи та правил експлуатації предмету закупівлі. Навчання проводиться за місцем експлуатації предмету закупівлі уповноваженим представником Учасника після введення предмету закупівлі в експлуатацію у терміни узгоджені з Замовником (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.10. Запропоновані товари обов'язково повинні відповідати усім наведеним вимогам та технічним характеристикам.

1.11. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Назва виробу	Технічні характеристики	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника
	- Прилад призначений для використання у передпологовий період та під час пологів	
	- Моніторинг одного, двох або трьох плодів (у разі двійні або трійні)	
	- Двоканальне ультразвукове визначення ЧСС плода зі звуковою індикацією, визначенням рухів плоду та	

«SONICAID TEAM 3» Двоплідний фетальний монітор для майбутнього покоління (або еквівалент) 1 комплект	скорочувальної діяльності матки впродовж вагітності	
	- Реєстрація рухливої активності плоду в ручному та автоматичному режимі	
	- USB для оновлення та налаштування	
	- База даних пацієнтів з автоматичним збереженням даних та можливістю архівації даних	
	- Введення даних про пацієнтів та клінічної анотації з можливістю зміни показників, не гірше:	
	1) Ім'я пацієнта;	
	2) Ідентифікаційний номер;	
	3) Гестаційний вік;	
	4) Пошук попередніх пацієнтів.	
	- Ємність бази даних клієнтів, не гірше – 3 ГБ	
	- Звукові та візуальні сигнали тривоги з можливістю корекції порогів тривоги, не гірше:	
	1) Висока ЧСС плода;	
	2) Низька ЧСС плода;	
	3) Висока ЧСС матері;	
	4) Низька ЧСС матері;	
	5) Перевищення тривалості ТОСО;	
	6) Втрата сигналу під час моніторингу плода.	
	- Аналіз на відповідність критеріям Доуза – Редмана(опція програмного забезпечення)	
	- Автоматичний розрахунок та аналіз параметрів КТГ з одночасною оцінкою функціонального стану плода з 26 тижня вагітності	
	- Звіт про аналіз з відображенням наступних параметрів та можливістю роздрукування не гірше:	
	1) Базальна частота серцевих скорочень;	
	2) Акцелерації;	
	3) Децелерації;	
	4) Епізоди високої варіації;	
	5) Епізоди низької варіації;	
	6) Короткочасна варіація;	
	7) Рухи плода за годину;	

	8) Втрати сигналу	
	9) Можливість зупинки та перевстановлення аналізу.	
	- Відображення результатів автоматичного аналізу КТГ з 10 хв. моніторингу з кратністю повторювання, не гірше 2 хв.	
	- Аналіз і оцінка важкості гіпоксії плоду з 26 тижня вагітності з можливістю роздрукування звіту	
	- Аналіз Sonicaid Trend (опція програмного забезпечення)	
	- Автоматичний рохрахунок та аналіз параметрів ЧСС плоду під час першого періоду пологів.	
	- Аналіз виконується кожні 15 хвилин, з обчисленням наступних параметрів:	
	1) Базальна ЧСС (ударів на хвилину)	
	2) Розмір децелерації (удари)	
	- Аналіз виконується кожні 60 хвилин, з обчисленням наступних параметрів:	
	1) Базальна ЧСС (ударів на хвилину)	
	2) Розмір децелерації (удари)	
	3) Короткострокові варіації (мс)	
	4) Виведення даних на дисплей та друк аналізу.	
	- Перегляд даних аналізу у вигляді числової таблиці та у вигляді графіків.	
	- Ультразвуковий канал реєстрації ЧСС.	
	- Режим: імпульсний доплерівський з частотою повторень, не гірше – 3.0 кГц.	
	- Ультразвуковий датчик з частотою, не гірше – 1.0 МГц.	
	- Діапазон виміру ЧСС плоду, не гірше -30-240 (уд.хв).	
	- Точність в діапазоні, не гірше 100-180 уд/хв +/- 1 уд/хв.	
	- Роздільна здатність датчика, не гірше-16 біт.	
	- Сигнали тривоги, не гірше:	
	1) Високий ЧСС;	
	2) Низький ЧСС;	
	3) Втрати сигналу.	
	- Безпека, не гірше – Тип захисту CF.	

	- Клас захисту від проникнення рідини, не гірше – IPX7.	
	- Реєстрація скорочувальної діяльності матки.	
	- Діапазон виміру ТОСО-датчика, не гірше – 0-100 відносних одиниць.	
	- Чутливість ТОСО – датчика, не гірше – 80% ($\pm 5\%$)	
	- Автоматичне та ручне обнулення.	
	- Безпека не гірше – Тип захисту CF.	
	- Клас захисту від проникнення рідини, не гірше – IPX7.	
	- Реєстрація рухової активності плоду за допомогою детектора рухів.	
	- Принтер з термопапером.	
	- Термопапір у процесі друку складається гармошкою, довжиною, не менше – 45 метрів.	
	- Швидкість друку за вибором користувача, не гірше 1,2 або 3 см./хв.	
	- Дані, що підлягають друку, зберігаються в пам'яті не менше - 100 годин	
	- Режим пришвидшеного друку даних, не гірше – 10 см на хвилину	
	- Роздільна здатність, не гірше – 8 крапок на мм.	
	- Друк реальної КТГ та протоколу випробувань на одному аркуші.	
	- Рідкокристалічний, кольоровий, сенсорний дисплей.	
	- Розмір діагоналі, не менше- 8.4 дюйма.	
	- Кут огляду, не гірше-170°.	
	- Роздільна здатність, не гірше- SVGA, 800*600.	
	- Відображення та можливість налаштування на сенсорному екрані, не гірше:	
	1) Криві та числові індикатори;	
	2) Дані пацієнта;	
	3) Параметри моніторингу;	
	4) Блокування/розблокування екрана;	
	5) Дата та час;	
	6) Сигнал тривоги	

	7) Стан акумулятора.	
	- Налаштування екрану на відображення білого або чорного фону.	
	- Відображення даних екрану програми у числовому форматі або у форматі кривих.	
	- Телеметрія- Можливість (опція)	
	- ЕКГ плоду	
	Прилад повинен постачатися у наступній комплектації:	
	- Монітор із вбудованим процесором, кольоровим дисплеєм.	
	- Принтер з термопапером – 1 пач.	
	- Ультразвуковий датчик – 2 шт.	
	- ТОКО – датчик – 1 шт.	
	- Детектор рухів плода.	
	- Гель для УЗД 250 мл – 1шт.	
	- Ремінь для кріплення датчиків – 2 шт.	
	- Акумулятор – 1шт.	
	- Візок – 1 шт.	
	- Інструкція з експлуатації – 1шт.	