

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Ендоскопічний морцелятор (33168000-5) ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-08-04-000800-а

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача гінекологічного відділення перинатального центру у зв'язку із відсутністю даного товару. Загальний обсяг надання товарів – 1 комплект.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 170000,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. *Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладених у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці 1 наведеної вище.*

1.2. Учасник в складі пропозиції повинен надати Технічний документ виробника (експлуатаційна документація: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою). У разі, якщо документ або інформація складені іншою мовою, у складі тендерної пропозиції надається документ, в якому міститься ця інформація, мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою, з наданням копії документів.

1.3. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року (надати гарантійний лист від Учасника).

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.5. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

1.6. Надати адреси і контактні телефони сервісного центру та інформацію про фахівців, що пройшли відповідне навчання (довідка в довільній формі з відповідною інформацією)..

1.7. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, введення в експлуатацію та інструктажу персоналу по роботі з обладнанням, гарантійне обслуговування обладнання. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.8. Учасник забезпечує навчання персоналу Замовника щодо порядку роботи та правил експлуатації предмету закупівлі. Навчання проводиться за місцем експлуатації предмету закупівлі уповноваженим представником Учасника після введення предмету закупівлі в експлуатацію у терміни узгоджені з Замовником (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.9. Запропоновані товари обов'язково повинні відповідати усім наведеним вимогам та технічним характеристикам.

1.10. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

Назва виробу	Технічні характеристики	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника
Медичний ендоскопічний морцелятор SHREK KLK-DZ-1 (або еквівалент) 1 комплект	- Швидкість обертання (об/хв): 0-220 +/- 10%	
	- Споживна потужність (В-А) : 40	
	- Джерело живлення: AC 220 В +/- 20% 50Гц +/- 2%	
	- Запобіжник: F1AL 250V AC F3AL 250V AC	
	- Шум (дБ): ≤ 60	
	- Умови експлуатації: +10 +35	
	- Відносна вологість (%): 30-80	
	- Атмосферний тиск (гПа): 700-1060	
	- Вага (кг): 2,9	
	- Клас захисту від ураження електричним струмом - I	
	- Тип захисту від ураження електричним струмом - BF	

- Ступінь захисту від проникнення рідини – IPX0	
- Режим роботи - Безперервний	
- Категорія захисту при використанні анестезуючих засобів – Non-AP/ARPG	
Комплект поставки:	
1) Блок керування - 1	
2) Ручка, з електродвигуном та кабелем - 1	
3) Щипці для захоплення (10*420 мм) - 1	
4) Щипці для захоплення (5*420 мм) - 1	
5) Матковий вимірювальний зонд (5*500 мм) - 1	
6) Пальцевий зонд (5*420 мм) - 1	
7) Штопор гінекологічний (для міом) (10*420 мм) - 1	
8) Штопор гінекологічний (для міом) (5*420 мм) - 1	
9) Розширювач (10-15 мм) - 1	
10) Розширювач (10-18 мм) - 1	
11) Перехідник (18/10 мм) - 1	
12) Перехідник (15/10 мм) - 1	
13) Канюля троакару (15*95 мм)	
14) Канюля троакару (18*95 мм)	
15) Штовхач лігатур (5*330 мм) - 1	
16) Зонд провідник (10*330 мм) - 1	
17) Щипці для захоплення шийки матки - 1	
18) Щипці для захоплення шийки матки, прямі - 1	
19) Щипці для захоплення шийки матки, вигнуті - 1	
20) Різець з обтуратором (15*320 мм) - 1	
21) Щипці для захоплення (5*420 мм) - 1	
22) Щипці для захоплення (10*420 мм) - 1	

	23) Щипці для захоплення - 1	
	24) Різець з обтуратором (18*320 мм) - 1	
	25) Різець (15*320 мм) - 1	
	26) Різець (18*320 мм) - 1	
	27) Матковий маніпулятор - 1	
	28) Замінний комплект (силіконові ковпачки та клапани)	
	29) Кабель живлення - 1	
	30) Запобіжник - 1	
	31) Інструкція з експлуатації - 1	