

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі****Закупівля за предметом: Аспіратор-іригатор (НК 024:2023: 36998) (33164000-7) Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків****Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення **UA-2025-08-22-009839-a****Обсяги:** визначено відповідно до сформованого подання завідувача відділення хірургії Сірчака С.С.. Загальний обсяг надання товарів – 1 штука.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Використовувались інформація з ідентифікаторів наступних закупівель: UA-2025-05-23-002689-a; UA-2025-04-01-011030-a; UA-2025-02-21-008578-a.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 55339,00 грн. з ПДВ.**Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).****Технічні та якісні характеристики:****ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладених у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці 1 наведеної вище.

1.2. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року.

1.3 Гарантійний термін – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника та в терміни визначені цією документацією.

1.5. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

1.6. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає **гарантійний лист** про дотримання усіх технічних вимог Додатку 3 тендерної документації.

Таблиця 1

Назва виробу	Технічні характеристики	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника
Аспіратор-Іригатор LAPOMED (або еквівалент) в кількості 1 штука	Особливості продукту:	
	- Електрична іригаційна помпа	
	- Захист від переливання аспіраційної колби	
	- Захист від попадання рідини у блок управління	
	- Автоматична подача рідини	
	- Автоматичний забір рідини	
	Комплектація:	
	1) Блок управління	
	2) Набір трубок для аспірації та іригації	
	3) Колба аспіраційна, 2000 мл.	
	4) Бокове кріплення для колби аспіраційної	
	5) Кабель живлення	