

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачєво, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі****Закупівля за предметом: Інфузомат (НК 024: 2023: 13217) (33194000-6) ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні****Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції, за номером оголошення UA-2025-08-27-003113-а****Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Глаголи А.А.. Загальний обсяг надання товарів — 10 штук.**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Використовувалась інформація із наступних сайтів

https://studio2.com.ua/p2061676288-shpritsevoj-nasos-50f6.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=17191508348&gbraid=0AAAAABMjFKnwaEBz_upArjA8RMq6_TK0H&gclid=Cj0KCQjwnovFBhDnARIsAO4V7mDW4GgHIkatKW0Bu7RG_t0rHAgrgS4kfe48UhxIjoIBPJHASSr4PfsaAsB6EALw_wcB ; <https://oxymed.prom.ua/ua/p38336798-shpritsevoj-nasos-50f6.html> ; <https://formed.ua/dvushpritsevoinfuzionniynasosn50f6-uk.html>

Очікувана вартість процедури закупівлі – 435830 грн з ПДВ.**Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет.****Технічні та якісні характеристики:**

Назва виробу	Назва параметра	Значення
Інфузомат	Автоматичний розрахунок швидкості	Ні
	Автовимкнення після закінчення процедури	Ні
	Зміна швидкості введення ліків без переривання процесу	Ні
	Регулювання тиску в системі	Так
	Світлове або звукове сповіщення при виникненні неполадок	Так

	Запис на карту пам'яті даних	Ні
	Можливість роботи від акумулятора	Так
	Сумісність з шприцами, Об'єм	20 мл, 50 мл, 30 мл, 10 мл
	Режими роботи	Режим швидкості
	Кількість каналів	2 штука
	Час зарядки акумулятора, годин	12.0 година
	Час роботи від акумулятора, годин	6.0 година