

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Балон дилатаційний для периферичних судин діаметром 6 мм довжиною 80 мм - під 35 дюймовий провід (НК 024:2023 35094); Балон дилатаційний для периферичних судин діаметром 5 мм довжиною 80 мм - під 35 дюймовий провід (НК 024:2023 35094); Балон дилатаційний для периферичних судин діаметром 6 мм довжиною 120 мм - під 35 дюймовий провід (024:2023 35094); Балон дилатаційний для периферичних судин діаметром 5 мм довжиною 120 мм - під 35 дюймовий провід (НК 024:2023 35094); Стент саморозкриваючийся діаметром 6 мм довжиною 80-100 мм (для периферичних судин) (024:2023 58771); Стент для периферичних судин на балоні діаметром 8 мм довжиною 60 мм (кобальто-хромовий) (024:2023 58771) ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-09-17-013572-а

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача відділення судинної хірургії Гордубей Є.Ю.. Загальний обсяг надання товарів зазначено у Таблиці 1.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Розрахунок очікуваної вартості відбувався на основі комерційних пропозицій ТОВ «Фармакей» №01/0909-2025 від 09.09.2025 року; ТОВ «Фармакей» №01-09/0925 від 02.09.2025 року; ТОВ «Інтегра Медікал» вих. 01/0309-2025 від 05.09.2025 року; ТОВ «Інстамед» вих. №0909/25-ІН-2 від 09.09.2025 року; ТОВ «Інстамед» вих. №0909-1 від 09.09.2025 року; ТОВ «Лайтмед» вих. №1651 від 09.09.2025 року; та ідентифікатора закупівлі UA-2024-07-04-003053-а.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 420000,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі – Місцевий бюджет.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або

копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. У разі якщо відповідно до законодавства введення в обіг (експлуатацію) товару, який пропонується учасником, не потребує оцінки відповідності технічним регламентам, в тому числі протягом перехідного періоду, учасник зазначає про це в окремому документі довільної форми (листі, поясненні, гарантійному листі тощо), який подається ним у складі тендерної пропозиції, із обґрунтуванням відповідних законодавчих підстав і з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

3. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

4. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від передбаченого.

5. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

6. Місце поставки: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13.

7. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

8. Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов'язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.

9. У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товару (робіт чи послуг), які становлять предмет закупівлі (надати гарантійний лист).

10. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх технічних вимог Додатку 1 п. 1.4.

Таблиця 1

№з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість
1	Балон дилатацийний для периферичних судин діаметром 6 мм довжиною 80 мм - під 35 дюймовий провід	штук	5
2	Балон дилатацийний для периферичних судин діаметром 5 мм довжиною 80 мм -під 35 дюймовий провід	штук	5
	Балон дилатацийний для периферичних судин	штук	

3	діаметром 6 мм довжиною 120 мм -під 35 дюймовий провід		5
4	Балон дилатаційний для периферичних судин діаметром 5 мм довжиною 120 мм -під 35 дюймовий провід	штук	5
5	Стент саморозкриваючийся діаметром 6 мм довжиною 80-100 мм (для периферичних судин)	штук	5
6	Стент для периферичних судин на балоні діаметром 8 мм довжиною 60 мм (кобальто-хромовий)	штук	3