

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Монітор пацієнта (НК 024: 2023: 33586) (НК 031:2024: Z12030202) (33195100-4) ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-09-25-009417-a

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання завідувача завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Глаголи А.А.. Загальний обсяг надання товарів – 3 шт.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Розрахунок очікуваної вартості здійснювався на основі комерційних пропозицій ТОВ «Медтехніка» від 09.09.2025 року, ТОВ «Харвінд» №SO-0007894 від 05.09.2025 року, та мережі інтернет а саме посилання: <https://medmag.ua/medicinskim-uchrezhdeniyam/monitory-pacienta/id24495>

Очікувана вартість процедури закупівлі – 688434,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.

Технічні та якісні характеристики:

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.1.Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладених у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці 1 наведеної вище.

1.2. Учасник в складі пропозиції повинен надати Технічний документ виробника (експлуатаційна документація: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою). У разі, якщо документ або інформація складені іншою мовою, у складі

тендерної пропозиції надається документ, в якому міститься ця інформація, мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою, з наданням копії документів.

1.3. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2024 року (надати гарантійний лист).

1.4. Постачальник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень під час перевезення.

1.5. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

1.6. Надати адреси і контактні телефони сервісного центру та інформацію про фахівців, що пройшли відповідне навчання (довідка в довільній формі з відповідною інформацією).

1.7. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, введення в експлуатацію та інструктажу персоналу по роботі з обладнанням, гарантійне обслуговування обладнання. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат (в складі пропозиції надається гарантійний лист).

1.8. Учасник забезпечує навчання персоналу Замовника щодо порядку роботи та правил експлуатації предмету закупівлі. Навчання проводиться за місцем експлуатації предмету закупівлі уповноваженим представником Учасника після введення предмету закупівлі в експлуатацію у терміни узгоджені з Замовником (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).

1.9. Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська область.

1.10. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх технічних вимог Додатку 1 п. 1.4.

2.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Назва виробу	Кількість	Технічні характеристики	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника
Монітор пацієнта модульний з модулем CO2 та модуль інвазивного тиску. Модельного ряду Mindray uMEC120 (або еквівалент).	3 шт.	12,1 дюйми сенсорний дисплей	
		Модуль ЕКГ 3/5-lead + ARR + ST	
		Модуль SpO2 , NIBP, Temp	
		Комплект аксесуарів для дорослих	
		Акумулятор на 4,5 годин автономної	
		Лоток для зберігання аксесуарів	
		Програма розрахунків EWS	
		Програма розрахунків 24h ECG Summary	
		Вбудовані модуль інвазивного тиску (2 канали)	
		Модуль серцевого викиду методом Термодилуції	

		Багатофункціональний конектор (VGA+ Analogy Output/Defib Sync/Nurse Call)	
		Вбудований модуль CO2 бокового потоку із аксесуарами	
		Комплект кріплення на стіну або наркозно-дихальний апарат без шарніру для повороту ліворуч/праворуч	