

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Закупівля за предметом: Телескоп 0° для синускопа О4*174, автоклавуємий (НК 024:2023:37180) (33168000-5); Телескоп 30° для синускопа О4*174, автоклавуємий (НК 024:2023:37180) (33168000-5) ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-10-14-010743-а

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання лікаря отоларинголога Юрева Володимира Івановича. Загальний обсяг надання товарів — Телескоп 0° для синускопа О4*174, автоклавуємий — 1шт.; Телескоп 30° для синускопа О4*174, автоклавуємий — 1шт..

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках. Очікувана вартість розрахована на основі наступних посилань (інтернет сторінок):

- 1) https://viola.net.ua/ru/instrumentyi/endoskopicheskie/zhestkaya-endoskopiya/otorinolaringologicheskie-1/teleskop-0-dlya-sinuskopa?srsId=AfmBOorHrK-XcIoCfzw_hzqChgLNZuCk0US009XrmjX0qvHk147eIG4S
- 2) <https://medservice.net.ua/ua/p1921788178-teleskop-dlya-sinuskopa.html?srsId=AfmBOoo9LgQMCHWdzC8y4z73oULotSU1Vg2-zaVAVohxx6-tvRLopzBh>
- 3) <https://man-in-med.com.ua/ua/p2386399448-teleskop-dlya-sinuskopa.html>
- 4) https://viola.net.ua/ru/instrumentyi/endoskopicheskie/zhestkaya-endoskopiya/otorinolaringologicheskie-1/teleskop-30-dlya-sinuskopu?srsId=AfmBOoo_RXY1N4YQk9WrU2u2oPNc6ubW1N_IW4Nkg_I3Le4XHOOrFppNV
- 5) https://medservice.net.ua/ua/p1921788182-teleskop-dlya-sinuskopa.html?srsId=AfmBOooowozr8u3YYZUnuGNC_j3-mf2Uzwm_JPN07Hg1utoHmYxkE9qzY
- 6) <https://dobramed.com.ua/teleskop-30-%C2%B0-dlya-synuskopa-o4-x-174-hawk-t3183j-kytaj?srsId=AfmBOorlS7sMR4EVrTmd92rRYIy1l6-jtfQfrsoWx-rCY2kKIMuNor5a>

Очікувана вартість процедури закупівлі — 44863,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
2. У разі якщо відповідно до законодавства введення в обіг (експлуатацію) товару, який пропонується учасником, не потребує оцінки відповідності технічним регламентам, в тому числі протягом перехідного періоду, учасник зазначає про це в окремому документі довільної форми (листі, поясненні, гарантійному листі тощо), який подається ним у складі тендерної пропозиції, із обґрунтуванням відповідних законодавчих підстав і з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.
3. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.
4. Гарантійний термін не менше 12 (дванадцять) місяців.
5. Поставка та розвантаження товару повинна здійснюватися за рахунок постачальника.
6. Місце поставки: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13.
7. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.
8. У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товару (робіт чи послуг), які становлять предмет закупівлі.
9. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх технічних вимог Додатку 1 п. 1.4.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№з/п	Найменування товару	Технічні характеристики виробу	Од. виміру	Кількість
1	Телескоп 0° для синускопа О4*174, автоклавуємий	Довжина робочої частини 174 мм. Діаметр робочої частини 4 мм. Кут направлення нагляду 0 градусів. Кут поля зору 90 градусів. Автоклавуємий – так. Можливість підключення кабелю для передачі світла Karl Storz, RichrdWolf, ACMI, Olympus	Шт.	1

2	Телескоп 30° для синускопа О4*174, автоклавуємий	Довжина робочої частини 174 мм. Діаметр робочої частини 4 мм. Кут направлення нагляду 30 градусів. Кут поля зору 90 градусів. Автоклавуємий – так. Можливість підключення кабелю для передачі світла Karl Storz, RichrdWolf, ACMI, Olympus	Шт.	1
---	--	--	-----	---