

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Закупівля за предметом: Послуги з ремонту бронхоскопу Olympus BF -TE2 (50421000-2) ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення **UA-2026-04-07-010788-а****

**Обсяги: визначено відповідно до потреби на 2026 рік**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, запитах комерційних пропозицій.

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 147 000,00 грн. з ПДВ.**

**Джерело фінансування закупівлі – власний бюджет (кошти від господарської діяльності)**

**Технічні та якісні характеристики:**

**1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Послуги з ремонту бронхоскопу Olympus BF-TE2 (50421000-2) ДК 021:2015: 50420000-5**  
**Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

Таблиця 1

№з/п	Найменування послуги	Од. виміру	Кількість
1	<b>Ремонт бронхоскопа Olympus BF-TE2 (серійний номер 2614225)</b>  <b>Послуга включає в себе такі види робіт:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Заміна вставної трубки</i></li><li>- <i>Ремонт задньої вставної трубки світловодів</i></li><li>- <i>Ремонт оптичного волокна</i></li><li>- <i>Ремонт біопсійного каналу</i></li><li>- <i>Ремонт оптики окуляра</i></li><li>- <i>Дистальна гума</i></li><li>- <i>Захисна сіта</i></li><li>- <i>Ремонт згинальної частини</i></li><li>- <i>Відновлення зображення Пзу матриці</i></li><li>- <i>Ремонт боуден</i></li><li>- <i>Регулювання кутів</i></li><li>- <i>Чистка, змазка, герметизація</i></li></ul>	послуга	1

- Гарантійний термін на надані послуги має становити не менше ніж 6 місяців з моменту підписання акту наданих послуг. У період гарантійного терміну дефекти, що виникли з вини Учасника, повинні бути усунені безкоштовно.
- До ціни обов'язково включаються вартість деталей та ін. запчастин, витратних матеріалів, тощо необхідних при проведенні відповідних послуг, які повинні бути новими, не вживаними, зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні.
- Послуги надаються працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- Надання послуг передбачає приїзд спеціаліста(ів) (інженера(ів)) на територію Замовника. Приїзд спеціаліста(ів) здійснюється протягом одного тижня з моменту отримання заявки Замовника (усної або письмової).
- Місцезнаходження обладнання: Закарпатська область, м. Мукачево вул. Новака Андрія, будинок 8-13
- Учасник гарантує наявність сервісного центру на території України з обслуговування обладнання, яке потребує надання послуг
- Учасник, при наданні послуг з ремонту медичного обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.

**Учасник закупівлі повинен надати в складі своєї пропозиції гарантійний лист про відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановленими в п.п.4 додатку 1 тендерної документації (Технічні вимоги).**

*Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу "або еквівалент".*