

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Добовий монітор артеріального тиску (НК 024:2023:36888) (НК 031:2024 Z1203020302) (33121000-4) ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2026-06-11-005336-а**Обсяги:** визначено відповідно до сформованого подання медичного директора з амбулаторно поліклінічної роботи Гарсеванішвілі Н.Є на 2026 рік. Загальний обсяг надання товарів: Добовий монітор артеріального тиску (1 штука) .

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках.

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 14914,00 грн. з ПДВ.****Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).**

Назва виробу	Кількість	Технічні характеристики	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника
Добовий монітор артеріального тиску Неасо АВРМ50 з манжетами різних розмірів (або еквівалент).	1 шт.	Неасо АВРМ50 – сучасний пристрій для тривалого вимірювання артеріального тиску за осцилографічним принципом. Завдяки компактному розміру та зрозумілому інтерфейсу, прилад зручно використовувати як у медичних установах, так і в побуті. Автоматичне та ручне вимірювання АТ протягом 24 годин.	
		<b>Комплектація:</b>	
		Основний блок Неасо АВРМ50	
		Чохол та ремені для носіння	
		Манжети для дорослих різних розмірів+подовжувач	
USB - кабель			

		Інструкція користувача	
		<b>Технічні характеристики:</b>	
		Дисплей: 2,4 LCD	
		Діапазон тиску: 0-290 мм рт.ст.	
		Живлення: 2 батарейки типу АА (до 48 годин роботи)	
		Пам'ять: 358 автоматичних/300 ручних вимірювань	
		Інтервали вимірювання: 15,30,60,120,240 хв.	
		Збереження до 358 автоматичних і 300 ручних вимірів	
		Відображення поточних параметрів тиску та частоти серцевих скорочень	
		Вибір одиниць вимірювання: мм рт. ст. або кПа	
		Наявність програмного забезпечення та підключення до ПК через USB	
		Індикатори заряду батареї, сигналів та часу вимірювання	
		Габарити: 128*69*36 мм	
		Вага: 270 г.	

*\*Посилання в документації тендерних торгів на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».*

### **Вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
2. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладених у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.
3. У разі якщо відповідно до законодавства введення в обіг (експлуатацію) товару, який пропонується учасником, не потребує оцінки відповідності технічним регламентам, в тому числі протягом перехідного періоду, учасник зазначає про це в окремому

документі довільної форми (листі, поясненні, гарантійному листі тощо), який подається ним у складі тендерної пропозиції, із обґрунтуванням відповідних законодавчих підстав і з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

4. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. **На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.**
5. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та не був у якості демонстраційного зразка із терміном виготовлення не раніше 2025 року (**надати гарантійний лист**).
6. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.
7. Місце поставки: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13.
8. Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов'язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.
9. У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товару (робіт чи послуг), які становлять предмет закупівлі